



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ02.В16958

Срок действия с 20.12.2010 г. по 20.12.2013 г.

№ 0161512

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ИМ02

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНО «ВНИИИМТ»  
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3 тел. 683-97-92, факс (499) 187-89-54

**ПРОДУКЦИЯ** Кардиоанализатор "Анкар-131"

Серийный выпуск. ТУ 9441-003-24176382-2004

код ОК 005 (ОКП):

94 4110

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007, ГОСТ Р 50267.25-94 (МЭК 601-2-25-93), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ 19687-89, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001), Стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 части 1,10,12

код ТН ВЭД России:

9018 11 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПКФ "Медиком МТД"  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 99  
ИНН 6154009526

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО НПКФ "Медиком МТД"  
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 99  
тел. (8634) 62-62-42 факс (8634) 61-54-05

### НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 611/Р, 612/Н от 01.12.2010г ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ» № РОСС RU.0001.21ИМ04, № 00138 от 06.10.2010г. ИЛ ООО «ННЦ токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий» № РОСС RU.0001.21ИМ55, № 0837-08-10 от 11.10.2010г. ИЦ ЭО ФГУ «Ростовский ЦСМ» № РОСС RU.0001.21МЕ22, акта № 292ИК от 26.06.2009 г. инспекционной проверки ОС МИ АНО «ВНИИИМТ» № РОСС RU.0001.11ИМ02, сертификата RU.C.39.000.A № 15128 об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05496 от 14.08.2009г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 рядом с товарным знаком



Руководитель органа

подпись

Б.И. Леонов  
инициалы, фамилия

подпись

Е.Е. Борисова  
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации