

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственно-конструкторская фирма "Медиком МТД" (ООО НПКФ "Медиком МТД")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано администрацией г. Таганрога, № 808 серия ООО, 02.02.1999 г.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, дата регистрации)

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 99

тел. (8634) 62-62-42, факс (8634) 61-54-05

адрес, телефон, факс

в лице

Генерального директора Захарова Сергея Михайловича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Нейромиоанализатор НМА-4-01 "Нейромиан"

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

по ТУ 9441-008-24176382-2006

Серийный выпуск.

ОКП 94 4110

ТН ВЭД 9018 19 900 0

коды ОКПО, ТН ВЭД, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии,

номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны)

Изготовитель - Общество с ограниченной ответственностью научно-производственно-конструкторская фирма "Медиком МТД" (ООО НПКФ "Медиком МТД")

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 99

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92,

обозначение нормативных документов, соответствие

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007,

ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001), ГОСТ Р 52770-2007,

Стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1, 10, 12)

которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании протокола токсикологических испытаний

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

№ 00183 от 13.04.2011 г. ИЛ ООО "НИЦ токсикологической и биологической

безопасности медицинских изделий" (№ РОСС RU.0001.21ИМ55); протокола

испытаний № 1077-08-10 от 16.12.2010 г. ИЦ ЭО ФГУ "Ростовский ЦСМ"

(№ РОСС RU.0001.21МЕ22); протокола испытаний № 448/Р от 12.11.2009 г. ИЦ МИ

АНО "ВНИИИМТ" (№ РОСС RU.0001.21ИМ04); протокола испытаний № 320/Н-1 от

06.05.2011 г. ГЦИ СИ АНО "ВНИИИМТ" (аттестат аккредитации № 30136-09

от 14.04.2009 г.)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10453 от 13.04.2011 г.

Дата принятия декларации

12 мая 2011 г.

Декларация соответствия действительна до

12 мая 2016 г.



С.М. Захаров

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии Декларация зарегистрирована

Органом по сертификации медицинских изделий АНО "ВНИИИМТ"

(ОС МИ АНО "ВНИИИМТ") № РОСС RU.0001.11ИМ02

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3

12 мая 2011 г. № РОСС RU.ИМ02.Д00130

дата регистрации и регистрационный номер декларации



Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

Б.И. Леонов