



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.24.943.Д.010969.11.06

от 22.11.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция :
Комплект ЭЭГ-электродов хлорсеребрянных стабильных цветных, сгруппированных по
цвету, с общим кабелем, для закрепления в установочные унифицированные гнезда на
устройстве (шлеме) эластично-тканевом КЭ-ЭЭГ-10/20-"Энцефалан-КЭ"

изготовленная в соответствии

с документацией фирмы-изготовителя, регистрационным удостоверением МЗ РФ №
29/03010304/6276-04 от 20.05.2004, ТУ 9441-024-24176382-2004

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

ООО НПКФ "Медиком МТД", 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, д. 99,
Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО НПКФ "Медиком МТД", 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, д. 99,
Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний и экспертное заключение от 26 октября 2005 г. № 441 Испытательного
лабораторного центра НИИ Физико-химической медицины Минздрава России; Настоящее
санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЭЗ №77.99.34.943.Д.010259.11.06
от 02.11.2006г.

№ 025466

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

винил хлористый
ацетон
метилловый спирт
бутиловый спирт
индекс токсичности

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,01 мг/л
0,1 мг/л
0,2 мг/л
0,5 мг/л
70-120%

Область применения:

Изделие медицинской техники

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке, действующими СанПиН и ГН, наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России)

Информация, наносимая на этикетку:

наименование страны-производителя, предприятия-изготовителя, условия использования



Заключение действительно до

02.11.2011 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Ф. И. О. (подпись) / Л. П. Гульченко
М. П.